РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА (АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ) № **025/2-251**

Набор гирь Г-2-210		
Инвентарный номер	Заводской №	№ в Госреестре
3138	379	

Назначение: измерение массы

Технические характеристики.	Место хранения. Условия эксплуатации
Класс точности: **II высокий** Диапазон: **100 г.**	к. 153; (20±5) °C; RH не более 80 %

Результаты первичной калибровки от 25/09/2013 г.

Проверяемая характеристика	Установленное значение	Допускаемое значение
Протокол калибровки прилагается	КТ II	КТ II

Периодичность поверки: 1 раз в год.

Техническое обслуживание проводится при поверке (калибровке)

Средство измерений пригодно для использования в лаб. 251 в соответствии с назначением с характеристиками и в условиях указанных выше.

Ответственный за состояние СИ и ВО _____ Мигаль П.В.

Журнал периодической поверки (калибровки) и технического обслуживания.

№ свид. (серт.)	Дата проведения	Результат
1358-1369-241	25/09/2013	Действительная масса гири: 1,00004; действительная масса гири: 2,00001; действительная масса гири: 5,00006; действительная масса гири: 10,00017; действительная масса гири: 20,00031; действительная масса гири: 50,00005; действительная масса гири: 99,99994.